

Boletim Vigilância Sanitária - HCFMUSP

Anvisa recomenda atenção na leitura de testes rápidos para diagnóstico de malária

**Resultado
falso negativo
pode diminuir
a chance
do tratamento
da doença.**

A Anvisa publicou um [informe de segurança](#) sobre o risco de resultado falso negativo em testes rápidos para diagnóstico de malária, em pacientes com infecção confirmada. Os testes rápidos, por sua praticidade e facilidade de realização, são úteis para a confirmação diagnóstica de algumas doenças de relevância para a saúde pública. É importante destacar que todos os testes rápidos de malária registrados no Brasil são de uso profissional. Vários países informaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre resultado falso negativo, com a detecção de linhas fracas, em pacientes com infecção posteriormente confirmada. Os casos foram relatados com o uso de dispositivos desenvolvidos para a detecção combinada dos

agentes *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium vivax*, além daqueles que detectam as demais espécies do agente infeccioso causador da malária (protozoário do gênero *Plasmodium*, transmitido pelo mosquito *Anopheles*).

A Agência recomenda que os profissionais leiam qualquer linha de teste como positiva, não importa quão fraca ela seja, e que sigam as instruções de uso dos respectivos fabricantes. Eles também devem orientar os pacientes a retornarem para reavaliação ou novo teste, se os sintomas piorarem ou se sua condição clínica não melhorar.

Em caso de desvio de qualidade dos testes para diagnóstico ou resultados de testes incomuns, notifique pelo [Notivisa](#).

Fonte: [Anvisa](#)
Acesso em: maio 2025

Conheça mais sobre a Vigilância Sanitária:

<http://portal.anvisa.gov.br> / [Centro de Vigilância Sanitária—CVS SES](#) / [Vigilância Sanitária Prefeitura SP](#)

A Vigilância Sanitária do NEO-HCFMUSP funciona de 2º à 6ª feira, das 9:00 h às 16:00 h.

Telefones: (11) 2661-7712 / 7711. Endereços Eletrônicos: visa_neo@hc.fm.usp.br / cadastro_neo@hc.fm.usp.br